

Hankintayksikkö

Varkauden kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 298241 Älylääkekaapit

Hankinnan kuvaus:

Hankinnan kohteena on (2 kpl) älylääkekaappia somaattisen osaston sekä päivystyksen tarpeisiin.

Hankittavat kokonaisuudet:

Älylääkekaappi Huone 1L.094 (Päivystys)

Jääkaappi ja huumausaine säilytys.

Pohjakuva (Liite 3)

Lääkelistä tällä hetkellä käytössä olevista lääkkeistä (Liite 6)

Älylääkekaappi Huone 3E.041 (Somaattinen os.)

Iso jääkaappi, huumausaine säilytys.

Pohjakuva (Liite 5)

Lääkelistä tällä hetkellä käytössä olevista lääkkeistä (Liite 8)

Optiona pyydetään hintatarjousta älylääkekaapista psykiatriselle osastolle.

Älylääkekaappi Huone 4E.087

Jääkaappi ja huumausaineiden säilytys.

Pohjakuva (Liite 4)

Lääkelistä tällä hetkellä käytössä olevista lääkkeistä (Liite 7)

Hinta pyydetään, ei vaikuta vertailuun.

Optiona pyydetään tukipalvelut takuuajan jälkeen järjestelmän laitteiston ja ohjelmiston kriittisten häiriöiden varalta. Hinta pyydetään ei vaikuta vertailuun.

Tilaaja voi hankinnan mukaan liittää hankintaan optiona pyydettyjä tavaroita tai palveluja.

Hankintamenettely

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty

19.05.2020 klo 16:41

Määräaikaan 22.06.2020 klo 11:00 mennessä saapui yhteensä 2 tarjousta

- Newicon Oy

- Vingmed Oy

Päätös

Päätös tehty

25.08.2020

Päätös:

Tarjousten perusteella valittavaksi toimittajaksi esitetään Newlcon Oy.
Tarjotun kokonaisuuden kokonaishankintahinta tarjouspyynnön vaatimusten mukaiselle kokonaisuudelle on 134 540 € (hinta alv 0 %).

Päätöksen perustelu:

Tarjouspyyntö on julkaistu kansallisena hankintailmoituksena Cloudia järjestelmän kautta 19.5.2020 (Tarjouspyyntö 298241). Tarjouksien jättöpäivä oli 22.6.2020. Vertailuperusteena oli halvin hinta.

Tarjoukset saatiin seuraavilta yrityksiltä: Vingmed Oy ja Newlcon Oy.

Vigmed Oy:n tarjous hylättiin tarjouspyynnön vastaisena, koska se ei täyttänyt asetettua ehdotonta vaatimusta, Liitteessä 10, älylääkekaappien vaatimukset, kohta 3.8. " Laitteen on oltava CE-merkitty voimassa olevan EU:n Lääkintälaitedirektiivin mukaisesti (93/42/CEE). Notified Body -osapuolen myöntämä sertifikaatti tulee esittää." Kohtaan 3.8 Vigmed Oy vastasi, "Ei".

Tarjousten perusteella valittavaksi toimittajaksi esitetään Newlcon Oy.
Tarjotun kokonaisuuden kokonaishankintahinta tarjouspyynnön vaatimusten mukaiselle kokonaisuudelle on 134 540 € (hinta alv 0 %).

Valittu toimittaja/toimittajat:

Newicon Oy

-

Lisätietoja päätöksestä

Saara Damski